

仕 様 書

- 1 業 務 名 手術室無影灯点検業務
- 2 履行場所 市立旭川病院 手術室
- 3 履行期間 令和5年11月15日から令和6年1月31日まで
- 4 機 器 名 山田医療照明(株)製
 手術室1 C J 1 6 1 2 2灯式（2019年製）1台
 手術室2 C J 1 6 1 2 2灯式（2021年製）1台
 手術室3 C J 1 6 1 2 2灯式（2021年製）1台
 手術室5 C J 1 6 1 2 2灯式（2019年製）1台
 手術室7 C J 1 2 （2020年製）2台
 C J 1 6 （2020年製）1台

5 業務内容

- （1）点検は、次にあげる点検表に基づき、期間中に1回行うものとする。
- （2）点検時に不具合箇所を確認した場合の修理については、本契約に含まないものとする。
- （3）点検終了後、速やかに報告書2部（手術室及び契約担当課に各1部）及び業務完了報告書（契約担当課）1部を提出する。

6 点検表

	点検箇所	点検項目	内容
1	操作パネル及びヒューズホルダー	メイン及び電源 ON/OFF・各種操作スイッチ・ヒューズ	点検
2	天井カバー	破損・外れはないか	点検
3	大回転バランス（第1アーム）	流れ、異音や点滅などしないか	調整ビス交換
4	大回転バランス（第2アーム）	流れ、異音や点滅などしないか	調整ビス交換
5	大回転バランス（第3アーム）	流れ、異音や点滅などしないか	調整ビス交換
6	大回転と繋ぎパイプカバー	破損・ネジのゆるみはないか	調整ビス交換
7	縦パイプ（繋ぎパイプ/小回転）	破損・ネジのゆるみはないか	調整ビス交換
8	灯体上下バランス（バランスメカ）	任意の位置で固定できるか	バネ調整
9	灯体左右バランス（縦回転/ローリング）	任意の位置で固定できるか	点検
10	灯体前後バランス（横回転/ピッチング）	任意の位置で固定できるか	調整ビス交換
11	カメラアーム全般	任意の位置で固定できるか	点検
12	焦点集光（パターン）	焦点がバラつかず集光できるか	バラつき調整
13	焦点作動（滅菌ハンドル）	ハンドル差し込み着脱が容易か・破損はないか	点検
14	焦点作動（フォーカスノブ）	フォーカスノブ連動されているか・破損はないか	点検
15	灯体トップカバー及びフロントフェイス	外観及びフェイス面に破損、ひび割れはないか	清掃
16	灯体スイッチ2か所	電源 ON/OFF・各種操作スイッチ	点検
17	その他外観全体	目視にて確認	点検及び清掃

18	照度測定 A	現在の最大照度の測定 1000mm	CJ16
19	照度測定 B	現在の最大照度の測定 1000mm	CJ12

7 その他

(1) 業務の履行に際しては、病院事業に支障を生じないように安全迅速に処理することとし、作業を行うときはその時間・内容等を事前に担当者に伝えたとともに患者等の安全に十分配慮すること。

また、業務予定に変更等が生じる場合は、両者協議の上作業日程等を決定すること。

(2) 業務の履行中に第三者に損害を与えた場合は、速やかに担当職員へ報告するとともに、その損害を賠償することとする。ただし、相手方の責めに帰すべき事由のものはこの限りではない。

(3) 業務の実施により発生した廃棄物（一般廃棄物を除く）は、受託者が適切に処理すること。

(4) 業務履行時における作業者の駐車場所（自動車のみ）については、原則として当院駐車場（当院敷地内を含む）を使用してはならない。

ただし、月に1回前後又はこれ以下の作業を行う業務委託の場合で、当該作業員が登院するために自動車を用いる場合は、当院の業者用玄関前に駐車することを認める。この場合においては、業者用玄関前の区域は駐車台数が限られているため、可能な限り駐車は避け、作業員を登院させた後に自動車を移動させたり、他の業者と作業時間が競合する場合は作業日程を調整するなどの配慮をすること。

(5) この仕様書で示す業務の全部を一括して又は指定した部分を第三者に委託してはならない。

(6) この仕様書で示す業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ書面にて旭川市病院事業管理者の承諾を得なければならない。

(7) 委託料の支払は、一括後払いとする。

(8) この仕様書に定めのない事項については、協議の上業務を処理するものとする。