

仕 様 書

1 業 務 名 麻酔器保守点検業務

2 履行場所 旭川市金星町1丁目 市立旭川病院

3 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

4 機 器 名

G Eヘルスケアジャパン(株) エイシス (SN: KL9181, KL9280, KL9370, KL9482, KL0112) 5式
ドレーゲルジャパン(株) アポロ (SN: ARZM-0133) 1式

5 業務内容

- (1) 定期点検は、年2回（病院指定月）とする。ただし、アポロについては年1回とする。
- (2) 定期点検終了後、速やかに点検作業報告書を2部（臨床器材料及び契約担当課に各1部）提出する。
- (3) 定期点検以外に故障等が発生したときは、速やかに係員を派遣する。
- (4) 定期交換部品は委託料に含むものとする。

6 点検項目

(1) エイシス

- ア 外観検査・クリーニング（初期設定、外観、換気システム、ベローズアッセンブリ、AGSS、薬事銘板）
- イ 機能テスト（システム、パイプライン・シリンダー、酸素供給圧低下アラーム、フラッシュフロー、アラーム、電源、バックライト、ミキサーアウトレットチェックバルブブリーク、ミキサー圧ゼロ調整、ミキサーフローベリフィケーション、オルタネートO2フローメーター、Auxiliary O2フローメーター、インテグレートッドサクションレギュレーター（エスティバのみ））
- ウ 診断／調整（ディスプレイ、気化器、MOPV圧力開放バルブ、圧力リミット回路、ドライブガスレギュレーター、電子制御気化器リーク）
- エ キャリブレーション
- オ システムチェック
- カ エラーログ
- キ 電機安全性試験

(2) アポロ

- ア 電気試験（IEC60601-1に基づく電気試験）
- イ 機能・性能試験（機器性能、UPS、ソフトウェアバージョン、稼働時間、データ、ベンチレータ、MCP、PSU、PGM、ニューマチック装置点検、換気モード及びアラーム）
- ウ 環境設定・メンテナンス

7 業務完了報告書

業務履行期間は次の第1期から第2期までとし、各期の業務終了後は速やかに業務完了報告書を契約担当課に1部提出する。

履行期間	始 期	終 期
第1期	令和 6年 4月 1日	令和 6年 9月 30日
第2期	令和 6年 10月 1日	令和 7年 3月 31日

8 委託料

委託料は、分割後払い（2回）とし、業務完了報告書の検査に合格した後、適法な請求書の提出を受けた後に支払うものとする。

履行期間	支払割合
第1期	2分の1
第2期	2分の1

9 その他

- （1）業務の履行に際しては、病院事業に支障を生じないように安全迅速に処理することとし、作業を行うときはその時間及び内容等を事前に担当者に伝えとともに患者等の安全に十分配慮すること。また、業務予定に変更等が生じる場合は、協議の上作業日程等を決定すること。
- （2）業務の履行中に第三者に損害を与えた場合は、速やかに担当職員へ報告し、その損害を賠償することとする。ただし、相手方の責めに帰すべき事由のものはこの限りではない。
- （3）業務の実施により発生した廃棄物（一般廃棄物を除く）は、受託者が適切に処理すること。
- （4）業務履行時における作業者の駐車場所（自動車のみ）については、原則として当院駐車場（当院敷地内を含む）を使用してはならない。

ただし、月に1回前後又はこれ以下の作業を行う業務委託の場合で、当該作業員が登院するために自動車を用いる場合は、当院の業者用玄関前に駐車することを認める。この場合においては、業者用玄関前の区域は駐車台数が限られているため、可能な限り駐車は避け、作業員を登院させた後に自動車を移動させたり、他の業者と作業時間が競合する場合は作業日程を調整するなどの配慮をすること。

- （5）この仕様書で示す業務の全部を一括して又は指定した部分を第三者に委託してはならない。
- （6）この仕様書で示す業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ書面にて旭川市病院事業管理者の承諾を得なければならない。
- （7）この仕様書に定めのない事項については、協議の上業務を処理するものとする。