

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和3年7月1日
発信課	保健所 新型コロナウイルス感染症対策担当
担当者	中屋
連絡先	電 話 21-3181
	F A X 21-3176
	E-mail t_covid19@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 募集 契約・入札 会議・説明会 その他 (該当する分類を囲むこと。)
日 程	令和3年7月1日(木)
発表項目 (行事名)	新型コロナワクチンの廃棄事案発生について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	<p>1 内容 市内医療機関において、新型コロナワクチンの廃棄事案発生</p> <p>2 経過</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 6/30 午後0時30分頃 ワクチン15バイアル(90人分)を入れた冷蔵庫Aを設置している部屋のブレーカーが落ちていることに気づき、ワクチンを念のため別の部屋の冷蔵庫Bに保管(Aの庫内は7.8℃。ワクチン管理の適正温度は2~8℃) ・ 6/30 午後8時頃 冷蔵庫Bの温度が11℃であることに気づき、温度計の位置の問題かと考え、温度計をワクチンのそばに移動させた。 ・ 7/1 午前8時30分頃 冷蔵庫Bの温度が13℃であることがわかり、保健所に連絡。保健所が当該ワクチンは使用不能と判断。当日使用予定だった11バイアル分を急遽配送したため、当日接種予定の市民には影響なし <p>3 保健所の対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該医療機関には、今後の温度管理の徹底を依頼 ・ 旭川市医師会を通じて、各医療機関に更なるワクチン管理の徹底を依頼
添付資料	有 ・ 無
報道(取材)に当たってのお願い	
備 考	